

**Südtiroler Sanitätsbetrieb**  **Azienda Sanitaria dell'Alto Adige**

**Azienda Sanitaria de Sudtirool**

Bezirksabteilung Einkäufe und Ökonomsdienstleistungen  
**Amt für den Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter**

vendite@pec.benefis-medical.com

Ripartizione comprensoriale Acquisti e Servizi economici  
**Ufficio acquisti beni di consumo sanitari**

Benefis s.r.l.  
 via Gualco, 14

**Direktorin – Direttrice**  
**Dr. Sophie Biamino**

16165 Genova (GE)

Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a:  
 Sophie Biamino

Bozen, den – Bolzano, il 11.09.2020

**Fornitura di accessi venosi e arteriosi all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per il periodo dal 01.12.2020 al 30.11.2025 (EC 9/19) – Provvedimento di esclusione e comunicazione ex art. 76, co. 5, lett. b) d.lgs. 50/2016**

Gentili signore e signori,

con la presente si comunica ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 che per la fornitura in oggetto la Vostra ditta deve essere esclusa, tenuto conto del parere da parte della commissione giudicatrice, verbalizzato in data 10.09.2020, dai lotti 1, 2, 3, 6 e 7, in quanti i dispositivi medici offerti non hanno totalizzato prima della riparametrazione dei criteri di valutazione una somma parziale di almeno 35 dei 70 punti previsti per la qualità per i seguenti motivi:

lotto 1	Catetere venoso centrale monolume
prodotto offerto	CVC monolume FV-1xyy
Produttore	Guangdong Baihe Medical Tec. Co.Ltd - Cina
Caratteristiche dell'ago max 20 punti	14
Caratteristiche del dilatatore max 20 punti	10
Caratteristiche della guida, intese come marcatura centimetrata oltre i 10cm e materiale, atraumaticità e forma della punta max 20 punti	0
Caratteristiche della aletta max 10 punti	10
Somma parziale <b>prima</b> della riparametrazione dei criteri di valutazione	34

lotto 2	Catetere venoso centrale monolume pediatrico
prodotto offerto	CVC monolume pediatrico FV-1xyy
Produttore	Guangdong Baihe Medical Tec. Co.Ltd - Cina
Caratteristiche dell'ago max 20 punti	14
Caratteristiche del dilatatore max 20 punti	10
Caratteristiche della guida, intese come marcatura	0

M:\BZ\_ECONOMATO\_TRANSIT\Amt Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter\Sophie\Ausschreibungen\Offene Verfahren\EC9\_19 CVC, PICC PORT MIDLINE e MINIMIDLINE, cannule arteriose Seldinger\corrispondenza\Comunicazione art. 76, co. 5b Benefis.doc

Böhlerstraße 5 | 39100 Bozen  
 Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070  
<http://www.sabes.it> | [sophie.biamino@sabes.it](mailto:sophie.biamino@sabes.it)  
 Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen  
 St.-Nr. / MwSt.-Nr. 00773750211

Via Böhler, 5 | 39100 Bolzano  
 Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070  
<http://www.asdaa.it> | [sophie.biamino@sabes.it](mailto:sophie.biamino@sabes.it)  
 Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano  
 Cod. fisc. / P. IVA 00773750211

centimetrata oltre i 10 cm e materiale, atraumaticità e forma della punta max 20 punti	
Caratteristiche della aletta max 10 punti	10
Somma parziale <b>prima</b> della riparametrazione dei criteri di valutazione	34

<b>lotto 3</b>	<b>Catetere venoso centrale bilume</b>
prodotto offerto	CVC bilume FV/FC-2xyy
Produttore	Guangdong Baihe Medical Tec. Co.Ltd - Cina
Caratteristiche dell'ago max 10 punti	3
Caratteristiche del dilatatore max 10 punti	0
Caratteristiche della guida, intese come marcatura centimetrata oltre i 10 cm e materiale, atraumaticità e forma della punta max 20 punti	10
Caratteristiche del catetere intesa come tolleranza di flusso e pressione adatto alla iniezione di mezzi di contrasto tramite power injector max 20 punti	0
Caratteristiche della aletta max 10 punti	0
Somma parziale <b>prima</b> della riparametrazione dei criteri di valutazione	13

<b>lotto 6</b>	<b>Catetere venoso centrale trilume</b>
prodotto offerto	CVC trilume FV/FC-392xxx
Produttore	Guangdong Baihe Medical Tec. Co.Ltd - Cina
Caratteristiche dell'ago max 10 punti	3
Caratteristiche del dilatatore max 10 punti	0
caratteristiche della guida, intese come marcatura centimetrata oltre i 10 cm e materiale, atraumaticità e forma della punta max. 20 punti	10
Caratteristiche del catetere intesa come tolleranza di flusso e pressione adatto alla iniezione di mezzi di contrasto tramite power injector max. 17 punti	0
Caratteristiche della aletta max 10 punti	0
Disponibilità della lunghezza 25-30cm max 3 punti	3
Somma parziale <b>prima</b> della riparametrazione dei criteri di valutazione	16

<b>lotto 7</b>	<b>Catetere venoso centrale a quattro lumi</b>
prodotto offerto	CVC 4 lumi FV-4xyy
Produttore	Guangdong Baihe Medical Tec. Co.Ltd - Cina
Caratteristiche dell'ago max 10 punti	7
Caratteristiche del dilatatore max 10 punti	0
caratteristiche della guida, intese come marcatura	10

.....  
 Böhlerstraße 5 | 39100 Bozen  
 Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070  
<http://www.sabes.it> | [sophie.biamino@sabes.it](mailto:sophie.biamino@sabes.it)  
 Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen  
 St.-Nr. / MwSt.-Nr. 00773750211

.....  
 Via Böhler, 5 | 39100 Bolzano  
 Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070  
<http://www.asdaa.it> | [sophie.biamino@sabes.it](mailto:sophie.biamino@sabes.it)  
 Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano  
 Cod. fisc. / P. IVA 00773750211

centimetrata oltre i 10 cm e materiale, atraumaticità e forma della punta max. 20 punti	
Caratteristiche del catetere intesa come tolleranza di flusso e pressione adatto alla iniezione di mezzi di contrasto tramite power injector max. 17 punti	0
Caratteristiche della aletta max 10 punti	0
Disponibilità della lunghezza 25-30cm max 3 punti	3
Somma parziale <b>prima</b> della riparametrazione dei criteri di valutazione	20

L'accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 può essere esercitato tramite richiesta sul portale [www.banditoaltoadige.it](http://www.banditoaltoadige.it) o presso l'Ufficio acquisti beni di consumo sanitari durante i seguenti orari: lunedì - giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle ore 8.00 alle 11.45.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza della presente comunicazione, avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.

Distinti saluti

LA DIRETTRICE

dott.ssa Sophie Biamino  
(f.to digitalmente)

.....  
Böhlerstraße 5 | 39100 Bozen  
Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070  
<http://www.sabes.it> | [sophie.biamino@sabes.it](mailto:sophie.biamino@sabes.it)  
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen  
St.-Nr. / MwSt.-Nr. 00773750211

.....  
Via Böhler, 5 | 39100 Bolzano  
Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070  
<http://www.asdaa.it> | [sophie.biamino@sabes.it](mailto:sophie.biamino@sabes.it)  
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano  
Cod. fisc. / P. IVA 00773750211